



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DES
TECHNOLOGIES DE SANTE

AVIS DE LA COMMISSION

22 décembre 2009

Modifiant l'avis du 24 novembre 2009

CONCLUSIONS						
Nom :		NEUROFORM 3, stent intracrânien auto-expansible Références EZ 3				
Sont prises en charge les références suivantes :						
Modèles et références retenus :	Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent (mm)				
		10	15	20	30	
		2,5	-	M003EN3E25150	M003EN3E25200	-
		3,0	-	M003EN3E30150	M003EN3E30200	M003EN3E30300
		3,5	M003EN3E35100	M003EN3E35150	M003EN3E35200	M003EN3E35300
		4,0	-	M003EN3E40150	M003EN3E40200	M003EN3E40300
	4,5	M003EN3E45100	M003EN3E45150	M003EN3E45200	M003EN3E45300	
Elles sont ajoutées aux références déjà adoptées dans les avis de la CNEDiMTS du 24 novembre 2009						
Fabricant :		Boston Scientific Corporation (Etats-Unis)				
Demandeur :		Boston Scientific SA (France)				
Aucune étude spécifique à ces nouvelles références n'est disponible.						
Les 16 références citées dans la demande correspondent à un complément de la gamme NEUROFORM 3 pour laquelle le système de pose de mise en place (longueur de 300 cm) a été remplacé par un système de mise en place à échange rapide (Neuro Renegade Hi-Flo, longueur 185 cm).						
Données disponibles :		La Commission recommande l'inscription sur la Liste des Produits et Prestations prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale de ces nouvelles références du stent intracrânien NEUROFORM EZ3, sans modification de la fin de prise en charge de l'ensemble de la gamme NEUROFORM 3.				

ARGUMENTAIRE

Nature de la demande

Demande de modification des conditions d'inscription sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale : Inscription de 16 nouvelles références décrites dans le tableau ci-dessous, de la gamme NEUROFORM 3, stent intracrânien.

Tableau : Nouvelles références NEUROFORM EZ 3

		Longueur du stent (mm)			
		10	15	20	30
Diamètre du stent (mm)	2,5	-	M003EN3E25150	M003EN3E25200	-
	3,0	-	M003EN3E30150	M003EN3E30200	M003EN3E30300
	3,5	M003EN3E35100	M003EN3E35150	M003EN3E35200	M003EN3E35300
	4,0	-	M003EN3E40150	M003EN3E40200	M003EN3E40300
	4,5	M003EN3E45100	M003EN3E45150	M003EN3E45200	M003EN3E45300

Elles sont ajoutées aux références déjà adoptées dans les avis de la CNEDiMTS du 24 novembre 2009.

Historique du remboursement

Le stent NEUROFORM 3, est inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursable par arrêté du 6 juillet 2007 (JO du 13 juillet 2009).

La CNEDiMTS a émis un avis favorable au renouvellement d'inscription sur la LPPR de NEUROFORM 3 (avis du 24 novembre 2009).

Les références de NEUROFORM 3 déjà acceptées par la Commission du 24 novembre sont les suivantes :

		Longueur (mm)			
		10	15	20	30
Diamètre (mm)	2,5	M003E3250100	M003E3250150	M003E3250200	
	3,0	M003E3300100	M003E3300150	M003E3300200	M003E3300300
	3,5	M003E3350100	M003E3350150	M003E3350200	M003E3350300
	4,0	M003E3400100	M003E3400150	M003E3400200	M003E3400300
	4,5	M003E3450100	M003E3450150	M003E3450200	M003E3450300

Les 16 références citées dans la demande correspondent à un complément de la gamme NEUROFORM 3 pour laquelle le système de pose de mise en place (longueur de 300 cm) a été remplacé par un système de mise en place à échange rapide (Neuro Renegade Hi-Flo, longueur 185 cm).

Analyse des Données

Aucune étude spécifique à ces nouvelles références n'est disponible.

NEUROFORM EZ 3 correspond à un complément de la gamme de NEUROFORM 3.

La Commission recommande l'inscription sur la Liste des Produits et Prestations prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale de ces nouvelles références du stent intracrânien NEUROFORM EZ3, sans modification de la fin de prise en charge de l'ensemble de la gamme NEUROFORM 3.