

Avis de la Commission

30 avril 2003

**Modifié le 21 juillet 2004**

**Dispositif :** **ATLAS DR**, défibrillateur cardiaque ventriculaire double chambre, à fréquence asservie

**Modèle :** **V - 240**

**Conditionnement :** Le conditionnement comporte :

- le dispositif implantable
- 1 tournevis
- 1 lubrifiant siliconé

**Fabricant :** **ST JUDE MEDICAL INC. (Etats-Unis d'Amérique)**

**Demandeur :** **ST JUDE MEDICAL France S.A.S.**

**Nature de la demande**

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande d'inscription sur la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la Sécurité Sociale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Secrétariat de la Commission : afssaps**

## I - Caractéristiques du produit et de la prestation

### Marquage CE

Dispositif médical implantable actif (DMIA), notification par TÜV Product Service GMBH..

### ■ Applications

**Prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire**, dans les indications publiées par les sociétés savantes américaines<sup>1</sup> (American College of Cardiology et American Heart Association) et européennes<sup>2, 3</sup> (Société Européenne de Cardiologie). La Société Française de Cardiologie a adapté ces indications à la pratique médicale française. La subdivision en trois classes et trois niveaux de preuves selon les définitions américaines a été adoptée\*.

Selon cette classification, les indications françaises des défibrillateurs cardiaques implantables sont de classes I et IIb et de niveaux de preuves A, B, et C.

| Situation clinique                                                                                                 | Classe | Preuve |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Arrêt cardiaque par FV ou TV, sans cause aiguë ou réversible                                                       | I      | A      |
| TV non soutenue avec séquelle d'infarctus et FEVG ≤ 35 % et TV soutenue ou FV déclenchable sous traitement médical | I      | A      |
| TV soutenue spontanée symptomatique sur cardiopathie avec altération de la fonction contractile                    | I      | B      |
| Maladie génétique à haut risque de mort subite par FV sans aucun autre traitement efficace connu                   | IIb    | B      |
| Syncope de cause inconnue avec TV soutenue ou FV déclenchable                                                      | IIb    | C      |
| TV soutenue mal tolérée chez un patient en attente de transplantation cardiaque                                    | IIb    | C      |

FEVG : fraction d'éjection ventriculaire gauche ; FV fibrillation ventriculaire ; TV : tachycardie ventriculaire.

\* Subdivision en 3 classes (I, IIa-IIb, III) et 3 niveaux de preuve (A, B, C) selon les définitions américaines

| Niveaux de preuves                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A : fondé sur des données provenant de plusieurs études randomisées comprenant un grand nombre de patients                                                                           |
| B : fondé sur des données provenant d'un nombre limité d'études randomisées comprenant un faible nombre de patients ou de bons travaux non randomisés ou de registres d'observations |
| C : fondé sur un consensus des experts consultés                                                                                                                                     |
| Classes (grades de recommandations)                                                                                                                                                  |
| Classe I : situations dans lesquelles il y a une preuve et/ou un accord général pour dire que le traitement est bénéfique, utile et efficace                                         |
| Classe II : situations dans lesquelles il y a des éléments contradictoires et/ou des divergences d'opinion sur l'utilité et l'efficacité du traitement :                             |
| - II a : le poids des preuves est plutôt en faveur de la technique                                                                                                                   |
| - II b : le poids des preuves est insuffisant pour avoir une opinion.                                                                                                                |
| Classe III : situations dans lesquelles il y a une preuve et/ou un accord général pour dire que le traitement n'est ni utile ni efficace ou éventuellement nuisible                  |

<sup>1</sup> Gregoratos G et al. J Am Coll Cardiol 1998 ; 31 : 1175-1209

<sup>2</sup> Hauer RNW et al. Eur Heart J 2001 ; 22 : 1074-1081

<sup>3</sup> Arch Mal Cœur 2000 ; 93(10) : 1227-1232

## ■ Fonctions assurées

Les défibrillateurs sont capables de stimuler le ventricule droit comme un stimulateur. Leur rôle essentiel est cependant autre. Ils ont comme capacité celle de délivrer un choc électrique d'une énergie qui peut atteindre 40 joules et ainsi rétablir le rythme sinusal d'un sujet en fibrillation ou tachycardie ventriculaire. Parfois, notamment en cas de tachycardie ventriculaire, le défibrillateur peut intervenir sans délivrer de choc électrique, uniquement en faisant intervenir sa fonction de stimulation rapide.

Le défibrillateur peut assurer trois types de traitement :

- **stimulation anti-bradycardique** : stimulation à une fréquence physiologique, lorsque le défibrillateur détecte un rythme anormalement lent. Le défibrillateur délivre des impulsions électriques périodiques, brèves et de faible amplitude, non ressenties par le patient, comme un stimulateur.
- **stimulation anti-tachycardique** : série d'impulsions électriques de fréquence élevée délivrée par le défibrillateur, permettant le plus souvent d'interrompre une tachycardie et de rétablir un rythme sinusal normal de manière indolore.
- **traitement par choc électrique** : en cas de fibrillation ventriculaire, délivrance d'un choc de défibrillation (impulsion électrique de haute énergie, délivrée en quelques millisecondes).

En plus des fonctions citées plus haut, les défibrillateurs double chambre détectent le signal de l'oreillette. Ils peuvent donc stimuler les deux cavités (oreillette et ventricule droits).

## ■ Modalités d'utilisation

Ces modalités sont conformes à celles de la Société Française de Cardiologie<sup>4</sup>.

L'implantation d'un défibrillateur peut être pratiquée sous anesthésie générale ou locale. Dans ce dernier cas, l'évaluation du système implanté se fera obligatoirement sous une courte anesthésie générale pratiquée lors de chaque induction de fibrillation ventriculaire.

Le dispositif est relié à une ou deux sondes endocavitaires dont les extrémités sont placées au niveau du ventricule droit et éventuellement de l'oreillette droite (défibrillateurs double chambre).

L'acte chirurgical consiste à :

- mettre en place par la veine céphalique ou sous-clavière une sonde endocavitaire de défibrillation dans les cavités ventriculaires droites,
- créer une loge pectorale, sous cutanée ou sous aponévrotique, parfois sous musculaire, dans laquelle le boîtier sera enfoui.

Un défibrillateur doit faire l'objet d'une mesure per-opératoire des seuils de stimulation, des électrogrammes endocavitaires, des impédances de sondes, et éventuellement des impédances de chocs infra-liminaires.

Tout défibrillateur implanté doit faire l'objet d'une procédure d'évaluation péri-opératoire. Pour les tests, le cardiologue peut demander l'aide technique d'un ingénieur biomédical expérimenté et spécialement formé par le constructeur du dispositif implanté.

Le défibrillateur ATLAS DR doit être utilisé avec le programmeur APS III modèle 3510.

## ■ Durée de vie du dispositif

La longévité du défibrillateur ATLAS DR est estimée à 4,5 ans entre la mise en service et la fin de vie de l'appareil (EOL) dans les conditions suivantes : 1 choc pleine énergie / trimestre, stimulation 3,5 V à 0,5 ms, 500  $\Omega$  et 100 % stimulation.

---

<sup>4</sup> Recommandations sur l'implantation et la surveillance des défibrillateurs automatiques implantables juillet 2004 : [www.cardio-sfc.org](http://www.cardio-sfc.org)

## II – Service rendu

### 1. Caractère de gravité

Selon un rapport de l'ANAES<sup>5</sup>, *"la mort subite de l'adulte est définie comme un décès inattendu qui survient dans l'heure qui suit l'apparition des premiers symptômes. Sur le plan clinique et étiologique, les troubles du rythme cardiaque sont responsables de la grande majorité des morts subites ; la fibrillation ventriculaire représentant l'anomalie rythmique principalement incriminée (80 % des cas).*

*La fibrillation ventriculaire fait habituellement suite à une tachycardie ventriculaire qui s'accélère et se transforme en fibrillation. La maladie coronarienne représente la principale cause de la fibrillation ventriculaire, mais d'autres étiologies sont rencontrées, notamment l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies (dilatées ou hypertrophiques), la dysplasie arythmogène du ventricule droit, le syndrome de Brugada ou le syndrome du QT long."*

Le taux de survie d'une mort subite cardiaque est inférieur à 5 %, lorsque les secours sont appelés, dans la majorité des pays industrialisés<sup>6</sup>. D'autre part, les patients qui ont survécu à un premier épisode sont exposés au risque de récurrence : 40 % d'entre eux décèdent dans les deux années suivantes<sup>7</sup> (étude CASCADE).

La qualité de vie des patients souffrant de tachycardie ventriculaire est altérée par les récurrences de tachycardie qui nécessitent des hospitalisations répétées.

***La pathologie concernée met en jeu le pronostic vital du patient et altère sa qualité de vie de façon importante.***

### 2. Rapport performances/risques

#### Performances

#### Critère principal : réduction de la mortalité globale

Sept essais publiés sont présentés dans le dossier. Six sont retenus. L'étude hollandaise<sup>8</sup> comparative randomisée (défibrillateur par voie transthoracique versus traitement antiarythmique conventionnel guidé), portant sur 60 patients recrutés dans 2 centres, est de puissance et de qualité méthodologique inférieure aux autres essais. Le suivi moyen était de 27 mois.

#### 1) Etudes de prévention secondaire (concernent des arrêts cardiaques récupérés) :

- AVID : étude comparative randomisée (défibrillateur versus traitement antiarythmique par amiodarone ou sotalol, guidé par exploration électrophysiologique), prospective avec un suivi moyen de 18,2 ± 12,2 mois.

L'essai a été arrêté prématurément après 1016 patients inclus, suite à l'observation par le Comité de Surveillance d'une réduction significative de la mortalité globale en faveur des patients ayant reçu le défibrillateur par rapport à l'autre groupe.

- CIDS : étude multicentrique, comparative randomisée (défibrillateur versus amiodarone), prospective avec un suivi moyen de 36 mois ; 659 patients ont été inclus.

<sup>5</sup> ANAES, Les défibrillateurs cardioverters implantables ventriculaires : actualisation, janvier 2001

<sup>6</sup> Goldstein S. et al., Circulation 1985 ; 71 : 873-80

<sup>7</sup> Maynard C. et al., Am J Cardiol 1993 ; 72 : 1296-300

<sup>8</sup> Wever EF. et al. Circulation 1995 ; 91 : 2195-2203

La diminution du risque global de décès, de même que la diminution du risque de décès par arythmie, sont en faveur du bras défibrillateur mais n'atteignent pas la significativité.

- CASH : étude multicentrique, comparative randomisée, prospective (défibrillateur versus amiodarone ou métoprolol ou propafénone).  
Après un suivi de 11,3 mois, le bras propafénone a été arrêté prématurément, du fait d'un taux de mort subite plus important que dans le bras défibrillateur ; 288 patients ont été inclus dans les 3 bras restant. Le suivi moyen est de  $57 \pm 34$  mois. Le suivi minimum de chaque patient est de 2 ans. Au total, la différence de survie globale sur 9 ans est en faveur du défibrillateur mais n'est pas statistiquement significative. Ce bénéfice semble plus important pour les 5 premières années de suivi.

Les résultats de ces 3 essais ont fait l'objet d'une méta-analyse<sup>9</sup> qui met en évidence un bénéfice significatif en faveur du défibrillateur, avec réduction de la mortalité globale et de la mortalité rythmique. Cette analyse montre aussi que les patients avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG)  $\geq 35$  % tirent un bénéfice plus marqué de cette stratégie de traitement.

## 2) Etudes de prévention primaire (excluant les patients ayant eu un antécédent d'arrêt cardiaque) :

- MADIT : étude multicentrique, comparative randomisée prospective (groupe défibrillateur versus traitement conventionnel, à 80 % amiodarone) ; 196 patients ont été inclus. Le suivi moyen était de 27 mois (extrêmes : 1 – 61).  
L'analyse en intention de traiter montre une meilleure survie globale dans le groupe défibrillateur chez ces patients à haut risque ( $p = 0,009$ ).
- CABG-Patch : étude multicentrique, comparative randomisée (groupe défibrillateur par voie transthoracique versus groupe contrôle sans traitement antiarythmique) ; 900 patients ont été inclus. Le suivi moyen était de  $32 \pm 16$  mois. L'objectif était d'évaluer l'intérêt potentiel de l'implantation systématique d'un défibrillateur au moment du pontage coronarien, chez les patients présentant une cardiopathie ischémique, avec une FEVG  $< 36$  % et associée à des anomalies à l'ECG à haute amplification.  
L'absence de probabilité de démontrer une différence significative entre les 2 bras de traitement a conduit à arrêter prématurément l'étude.
- MUSTT : étude multicentrique, comparative randomisée (groupe placebo versus groupe "intervention" : amiodarone ou sotalol ou défibrillateur) ; 672 patients ont été inclus. Le suivi moyen était de 39 mois. L'objectif principal était de tester l'hypothèse que le traitement antiarythmique guidé par exploration électrophysiologique pourrait diminuer le risque de mort subite chez les patients présentant une cardiopathie ischémique, avec une FEVG  $< 40$  %, et une tachycardie ventriculaire non soutenue, asymptomatique. Contrairement aux autres études, l'évaluation de l'efficacité du défibrillateur n'est donc pas l'objectif principal.  
A cinq ans, le risque d'arrêt cardiaque ou mort subite d'origine arythmique (critère de jugement principal), était diminué de 27 % pour les patients dont le traitement était guidé par électrophysiologie, par rapport aux patients sans traitement antiarythmique.

L'estimation à 5 ans de la mortalité globale était de 42 % et 48 %, respectivement dans les groupes "défibrillateur" et "contrôle" ( $p = 0,06$ ).

Le traitement antiarythmique guidé par électrophysiologie réduirait de 7 % le risque de mort subite d'origine cardiaque dans la population testée, mais ce bénéfice serait dû à l'utilisation du défibrillateur et non au traitement pharmacologique.

<sup>9</sup> Conolly S.J. et al., Eur Heart J 2000 ; 21 : 2071 - 8

## Critères secondaires de performance

**Réduction des hospitalisations** : une étude<sup>10</sup> met en évidence que l'implantation d'un défibrillateur permettrait une diminution des hospitalisations, par rapport à la même population sous antiarythmiques. Cette étude Suisse, réalisée sur 35 patients, compare les coûts d'hospitalisation pendant l'année précédant l'implantation (les patients sont traités par antiarythmiques), et les coûts pendant l'année postérieure à l'implantation d'un défibrillateur.

Elle met en évidence une baisse de 73 % du nombre d'hospitalisations par patient, du pourcentage de patients nécessitant une hospitalisation (48 % n'ont pas été réhospitalisés après implantation versus 6 à 8 % l'année précédente) et une diminution de 72 % de la durée des hospitalisations.

Cependant, cette étude porte sur un petit nombre de patients, ce qui en limite la portée.

**Amélioration de la qualité de vie** : ce critère est un point majeur à prendre en compte. En pratique, les études ont abouti à des résultats variables. Toutefois, la diminution du recours à l'hospitalisation constitue en elle-même une amélioration de la qualité de vie.

Malgré les imperfections des outils d'évaluation de la qualité de vie et la difficulté à l'heure actuelle de tirer des conclusions claires des études publiées, il est important de poursuivre cette évaluation.

## Risques

L'implantation d'un défibrillateur cardiaque peut entraîner diverses complications.

Les risques présentés ci-après sont communs à l'ensemble des défibrillateurs cardiaques. Aucun n'est spécifique à ATLAS DR.

Selon l'ANAES<sup>5</sup>, *"l'analyse quantitative de la fréquence des risques liés à l'utilisation des défibrillateurs repose sur les études publiées concernant des séries de cas de plus de 50 patients consécutifs, ayant bénéficié d'une pose par voie veineuse."*

- Mortalité péri-opératoire < 1 %
- Complications liées à l'acte médico-chirurgical :
  - Taux d'échec de la pose de la sonde par voie veineuse < 3 %
  - Déplacement des sondes : 1 à 3 %
  - Hémorragies et hématomes : 1 à 6 %
  - Infections < 1,2 %
  - Tamponnade et hémopéricarde < 1 %
  - Pneumothorax et hémopneumothorax : environ 1 %
  - Déplacement / rotation du boîtier < 1 %
  - Douleur / réduction de motilité de l'épaule
- Complications liées au défibrillateur :
  - Dysfonctionnement du défibrillateur : 16 % en moyenne.  
Il s'agit d'une détection insuffisamment sensible ou spécifique des tachyarythmies ventriculaires. Il en résulte soit des décharges inappropriées, soit une inefficacité du défibrillateur. Ces dysfonctionnements amènent le plus souvent à une reprogrammation du défibrillateur.
  - Interférences électromagnétiques : elles sont supposées identiques à celles rencontrées avec les stimulateurs cardiaques implantables.  
Les interférences électromagnétiques créées par certains appareils contre-indiquent leur utilisation chez les patients porteurs de stimulateur cardiaque ou nécessitent des précautions particulières. Il s'agit des IRM, de la cobaltothérapie, du bistouri électrique, de la lithotritie extracorporelle, de la défibrillation transthoracique. En milieu industriel, chaque cas doit être étudié. En revanche, les risques dans la vie courante sont négligeables.

<sup>10</sup> Valenti R. et al., Eur Heart J 1996 ; 17 : 1565 - 71

Les interférences électromagnétiques potentielles avec de nombreux appareils dans l'environnement domestique et hospitalier ainsi que la conduite à tenir doivent être connues des médecins et des patients<sup>11</sup>.

- Fiabilité mécanique du matériel utilisé : 0,4 à 2 % selon les études (les fractures des sondes représentent la 2<sup>ème</sup> complication des défibrillateurs)
- Troubles psychologiques (angoisse pouvant nécessiter des hospitalisations)

Conséquences des chocs inappropriés :

- Douleurs, problèmes psychologiques, diminution de l'activité physique,
- Réhospitalisations,
- Effets pro-arythmiques potentiels.

Selon l'ANAES, *"les pourcentages des événements indésirables cités sont plus des indicateurs que des références absolues. Ces taux ont nettement diminué ces dernières années (entre le rapport 1997 de l'ANAES<sup>12</sup> et le rapport 2001<sup>5</sup>), grâce à l'évolution du matériel et à la maîtrise des techniques d'implantation.*

*De même, l'implantation de plus en plus fréquente de défibrillateurs double chambre, et les améliorations logicielles sans cesse croissantes, permettent de diminuer la fréquence de nombreuses complications.*

*Une autre attente forte réside dans l'amélioration de la fiabilité et la solidité des sondes."*

**Au total, le rapport performances/risques des défibrillateurs en général est favorable à leur utilisation.**

**Néanmoins, dans le cadre de l'évaluation de ces dispositifs en vue de leur remboursement, la Commission d'Evaluation des Produits et Prestations conditionne leur service rendu à des spécifications techniques minimales et à des conditions de prescription et d'utilisation.**

### 3. Exposé des alternatives thérapeutiques

Selon le rapport de l'ANAES<sup>5</sup> :

Trois voies thérapeutiques sont actuellement utilisables dans l'arythmie ventriculaire maligne et la fibrillation ventriculaire :

- Les traitements pharmacologiques :
  - Bêta-bloquants : ils diminuent significativement le risque de mort subite chez les patients ayant une arythmie ventriculaire après infarctus, ou chez les insuffisants cardiaques. Leur prescription est justifiée chez tous ces patients, s'ils ne présentent pas de contre-indication.
  - Amiodarone : un bénéfice modeste est démontré en prévention primaire. Un bénéfice est probable en prévention secondaire. C'est le traitement antiarythmique de référence pour les arythmies ventriculaires malignes.
  - Association amiodarone + bêta-bloquants : elle serait plus efficace que l'amiodarone seule. Cette association nécessiterait d'être évaluée.
  - Autres médicaments : inhibiteurs de l'enzyme de conversion, aspirine, spironolactone.
- Les techniques ablatives :
  - Ablation par cathéter : ses indications sont bien délimitées. Cette technique concerne peu de patients dans l'indication de prévention de la mort subite d'origine cardiaque. Elle est complémentaire des autres traitements antiarythmiques et devrait faire partie des techniques disponibles dans un centre implantateur.
  - Ablation chirurgicale : cette technique a pratiquement disparu.
- Les différents types de défibrillateurs cardiaques implantables.

<sup>11</sup> Frank R et al. Ann Cardiol Angéiol 2000 ; 49 : 238-244

<sup>12</sup> ANAES, Les défibrillateurs cardiaques implantables, juillet 1997

***En dehors de l'ablation par cathéter dans de rares cas, il n'existe pas d'alternative à l'implantation d'un défibrillateur cardiaque dans la prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire dans les indications retenues.***

#### **4. Intérêt pour la santé publique**

La mort subite de l'adulte est un problème majeur de santé publique. Quelle que soit la rapidité d'intervention, le pourcentage de patients réanimés restera toujours modeste.

L'implantation de défibrillateurs chez des populations qui ne sont pas suffisamment sélectionnées représente un obstacle sur les plans sécurité sanitaire et financier, d'où la nécessité d'encadrer la prescription.

***Dans les conditions d'indication, compte tenu de l'absence d'alternative et de la gravité de l'affection, ainsi que d'une réduction du recours à l'hospitalisation, les défibrillateurs cardiaques implantables présentent un intérêt en terme de santé publique.***

### III – Éléments conditionnant le service rendu

- **Indications thérapeutiques pour lesquelles la Commission estime l'inscription fondée pour l'ensemble des défibrillateurs, sous réserve que les spécifications techniques minimales et les modalités de prescription et d'utilisation soient vérifiées.**

Les défibrillateurs cardiaques implantables sont indiqués dans la prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire dans les indications reconnues par la Société Française de Cardiologie, à savoir :

- Antécédents d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire sans cause aiguë ou réversible
- Tachycardie ventriculaire non soutenue avec séquelle d'infarctus et fraction d'éjection ventriculaire gauche  $\geq 35\%$  et tachycardie ventriculaire déclenchable sous traitement médical
- Tachycardie ventriculaire soutenue spontanée symptomatique sur cardiopathie avec altération de la fonction contractile
- Maladie génétique à haut risque de mort subite par fibrillation ventriculaire sans aucun traitement efficace connu
- Syncope(s) de cause inconnue avec tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire déclenchable
- Tachycardie ventriculaire soutenue mal tolérée chez un patient en attente de transplantation cardiaque.

Les indications différenciées des défibrillateurs ventriculaires double chambre sont :

- 1) si le patient présente une indication conventionnelle de stimulation cardiaque définitive atriale ou double chambre
  - trouble de conduction auriculo-ventriculaire
  - ou dysfonction sinusale spontanée ou induite par le traitement médical associé
- 2) si la détection appropriée du trouble du rythme traité par le défibrillateur nécessite une détection double chambre.

#### ■ **Spécifications techniques minimales**

Pour être pris en charge les défibrillateurs cardiaques implantables doivent vérifier les caractéristiques suivantes :

- Reconnaissance du trouble du rythme ventriculaire
- Stimulation anti-tachycardique ventriculaire
- Défibrillation ventriculaire
- Caractéristiques générales :
  - Indicateur de fin de vie
  - Amplitude ventriculaire programmable
- Détection/classification des arythmies :
  - Sensibilité ventriculaire programmable
  - Confirmation
  - Redétection
- Traitement des arythmies ventriculaires :
  - Chocs de cardioversion programmables
  - Chocs de défibrillation programmables
  - Stimulation antitachycardique (ATP) programmable
  - Stimulation post-thérapie programmable à pleine énergie
- Fonctions mémoires :
  - 200 événements (intervalles RR)
  - 1 minute d'électrogrammes endocavitaires (EGMs)

- Programmation et suivi :
  - Programmeur
  - Impédance

Les défibrillateurs double chambre doivent en plus vérifier les caractéristiques suivantes :

- Longévité 4 ans (1 choc pleine énergie / trimestre, stimulation 3,5 V à 0,5 ms, 500  $\Omega$  et 100% stimulation).
- Amplitude ventriculaire programmable
- Amplitude auriculaire programmable
- Sensibilité auriculaire programmable
- Système de gestion des arythmies atriales

#### ■ Conformité du défibrillateur ATLAS DR aux spécifications techniques minimales requises

Le défibrillateur ATLAS DR répond à toutes les spécifications techniques minimales retenues par la Commission pour ce type de dispositif.

***La Commission d'Evaluation des Produits et Prestations s'est donc prononcée pour un service rendu suffisant du défibrillateur ATLAS DR.***

#### ■ Modalités de prescription et d'utilisation

L'utilisation des défibrillateurs cardiaques implantables, par la complexité de leurs indications, comme dans leurs procédures d'implantation et de suivi, nécessite une connaissance cardiologique et rythmologique approfondie et la maîtrise de l'ensemble des thérapeutiques que peut justifier chaque cas d'arythmie ventriculaire maligne. L'objectif de ces recommandations est de définir cette compétence et les conditions d'exercice des centres d'activité. Ces recommandations sont conformes à celles de la Société Française de Cardiologie (SFC)<sup>13</sup> actualisées<sup>4</sup>.

##### 1) Formation du médecin implanteur de défibrillateurs cardiaques :

Cette formation doit associer :

- Docteur en Médecine, spécialiste qualifié en Cardiologie.
- Compétence reconnue en électrophysiologie diagnostique et interventionnelle, et en stimulation cardiaque (l'obtention des diplômes inter-universitaires de rythmologie et de stimulation cardiaque est recommandée, à défaut équivalence à ces diplômes reconnue par l'université).
- Formation spécifique à l'usage des défibrillateurs cardiaques implantables selon les recommandations de la SFC (expérience de 2 ans d'implantations de stimulateurs cardiaques en tant que premier opérateur, puis participation à 30 interventions sur défibrillateurs cardiaques implantables comme opérateur dans un centre formateur<sup>14</sup>).

##### 2) Pose de l'indication d'implanter un défibrillateur cardiaque :

L'indication d'implantation doit être posée par 2 cardiologues, dont l'un au moins a une formation et une expérience telles que décrites au § 1. Ce dernier doit en outre entretenir cette compétence en exerçant dans un centre tel que défini aux § 3 à 7.

##### 3) Personnel médical et paramédical :

- L'équipe est dirigée par un cardiologue ayant satisfait aux critères de formation (cf § 1), et comporte plusieurs médecins satisfaisant aux mêmes critères.
- Le personnel habituel de la salle d'implantation (cf § 4) et un(e) infirmier(ère) diplômé(e) d'Etat ayant reçu une formation spécifique d'un mois au minimum dans un centre formateur<sup>14</sup>, obligatoirement présente en cours d'intervention.

<sup>13</sup> Arch Mal Cœur 1999 ; 92(2) : 243-250

<sup>14</sup> Les caractéristiques des centres formateurs sont définies par la SFC<sup>4</sup>

#### 4) Environnement technologique classique :

- Salle d'implantation : salle d'opération ou salle d'électrophysiologie disposant des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire.
- Equipement radiologique : au minimum un amplificateur de brillance disposant d'un champ compris entre 18 et 23 cm et une table avec plateau mobile.
- Enregistreur multipiste possédant les spécifications suivantes, ou une technologie plus évoluée :
  - o 6 voies dont 3 sont réservées à l'enregistrement de l'ECG de surface, les 3 autres étant munies de filtres passe-haut et passe-bas adaptés.
  - o Une vitesse de déroulement atteignant au moins 100 mm/s avec marqueur de temps.
  - o Une connexion à un écran de visualisation multitraces
  - o Une liaison à un système de stockage des données.
- Système de mesure du seuil de stimulation per-opératoire, en tension et en durée, avec durée d'impulsion réglable.
- Générateur de courant 50 Hz permettant l'induction des fibrillations ventriculaires, éventuellement intégré au programmeur.
- Système d'analyse des stimulateurs comportant un période-mètre sensible à la milliseconde et un fréquence-mètre d'une sensibilité minimale de 0,1 coup/min, adapté à l'analyse des appareils double chambre.
- Défibrillateur automatique externe muni de palettes (électrodes) adhésives, systématiquement à disposition lors de chaque implantation.
- Programmeurs adaptés aux appareils à implanter et à surveiller dans le centre
- Matériel de réanimation permettant de faire face à toutes les complications pouvant survenir : défibrillateur dont le bon fonctionnement est vérifié avant chaque intervention, stimulateur externe, fluides (oxygène, aspiration), console de réanimation, matériel d'intubation et de ventilation.

#### 5) Complémentarités dans l'établissement :

Le centre d'implantation doit être situé au sein d'une structure cardiologique comportant :

- Laboratoire d'électrophysiologie diagnostique et interventionnelle.
- Centre de stimulation cardiaque.
- Unité de soins intensifs cardiologiques ou à défaut une unité de réanimation proche de la salle d'implantation. Un cardiologue ou un réanimateur doit être présent dans cette unité 24h/24.
- Unité d'hémodynamique et de cardiologie interventionnelle : la présence de cette structure dans l'établissement est souhaitable. A défaut, une convention doit être passée avec un établissement voisin.
- Recours à la chirurgie et à l'anesthésie : l'implantation ou le remplacement de boîtiers peut nécessiter une collaboration médico-chirurgicale et anesthésique dont les conditions doivent être précisées par une convention écrite entre les équipes.

#### 6) Activité du centre :

- Nombre minimal d'implantations (primo-implantations et remplacements de boîtier confondus) par an :
  - o 50 implantations de défibrillateurs pour le centre (et 25 par opérateur dans 1 centre). Pour un nouveau centre, il doit atteindre cet objectif dans les 3 ans suivant le début de l'activité
  - o 100 implantations de stimulateurs pour le centre (et 30 par opérateur dans 1 centre).
- 100 procédures d'électrophysiologie diagnostique.
- 50 procédures d'ablation endocavitaire (hors ablation de jonction auriculo-ventriculaire).
- Un centre doit être à même d'implanter et de suivre tous les types de stimulateurs et défibrillateurs actuellement disponibles, conformément aux indications établies pour chaque type d'appareil.
- Une astreinte de rythmologie doit être organisée 24h/24.

7) Evaluation de l'activité :

Le centre doit s'engager à participer aux actions d'évaluation, notamment :

- Le centre d'implantation de défibrillateurs doit disposer d'un fichier patients permettant la conservation des données relatives à l'indication de l'appareillage (avec les éléments cliniques et para-cliniques qui ont permis de l'établir), au matériel implanté et à la programmation initiale. Ce fichier doit être accessible 24h/24.
- Une carte européenne doit être systématiquement remplie à chaque implantation
- Le centre doit participer au protocole commun d'étude de suivi des défibrillateurs cardiaques implantables.

***Le défibrillateur ATLAS DR doit être implanté par un praticien ayant bénéficié d'une formation à la technique, dans des centres satisfaisant à l'ensemble des critères sus décrits, sous réserve qu'une liste de ces derniers soit définie a priori.***

***Une assistance technique doit être assurée par le fabricant, notamment lors des premières implantations.***

## IV – Amélioration du service rendu

### 1) Choix du comparateur déjà inscrit sur la liste

Il n'y a pas de défibrillateur cardiaque implantable inscrit.

### 2) Comparaison aux autres techniques thérapeutiques

Il n'existe pas d'étude comparative par rapport aux techniques ablatives pour la population concernée.

Les études présentées au chapitre rapport performances/risques comparent la stratégie "défibrillateur" à différentes modalités de traitement pharmacologique.

Globalement, d'après le rapport ANAES<sup>5</sup>, *"dans le cadre des indications recherchées, le défibrillateur cardiaque implantable est souvent supérieur, et dans tous les cas jamais inférieur, aux stratégies pharmacologiques en terme de survie globale. Cette supériorité est le mieux démontrée à 2 ans de suivi, elle se maintient mais ne semble plus progresser par la suite, que ce soit en prévention primaire ou secondaire. Il est toutefois dommageable qu'aucune étude d'évaluation du défibrillateur n'ait pu être réalisée en comparaison du meilleur traitement pharmacologique disponible."* Toutefois, il n'existe pas de référence pharmacologique absolue.

Par ailleurs, l'implantation d'un défibrillateur semble réduire le recours à l'hospitalisation et ainsi, améliorer la qualité de vie des patients.

***Au total, la Commission d'Evaluation des Produits et Prestations s'est prononcée pour une amélioration du service rendu majeure (I) des défibrillateurs par rapport aux traitements pharmacologiques disponibles.***

### 3) Comparaison double chambre / simple chambre

L'intérêt des défibrillateurs double chambre repose :

- soit sur la nécessité de recourir à une stimulation double chambre
- soit sur la nécessité de minimiser le risque de chocs inappropriés, notamment pour les patients qui ont des troubles du rythme auriculaire.

C'est ce que reprennent les indications différenciées des défibrillateurs double chambre, retenues par la Commission au chapitre «éléments conditionnant le service rendu».

***Dans ces cas, les défibrillateurs double chambre présentent une amélioration du service rendu, par rapport aux dispositifs simple chambre.***

#### 4) Caractéristiques supplémentaires du défibrillateur ATLAS DR en plus des spécifications techniques minimales requises

Le défibrillateur ATLAS DR possède l'ensemble des fonctionnalités du modèle PHOTON  $\mu$  DR. C'est à dire :

- une taille réduite (épaisseur 12 mm, 37 cm<sup>3</sup>) qui facilite les conditions d'implantation et favorise une meilleure tolérance locale (consensus professionnel).
- un asservissement de la fréquence : cette fonction permet d'adapter la stimulation à la fréquence cardiaque. Elle est importante chez les patients ayant une insuffisance chronotrope, lorsque le maintien d'une activité physique est nécessaire ou possible.  
Le système de détection est un capteur d'activité.
- de nombreuses possibilités de programmation qui permettent d'adapter au mieux le traitement le traitement au patient (avis d'experts).
- des fonctions mémoires étendues qui permettent un meilleur suivi du patient, un diagnostic affiné et une meilleure adaptation du traitement du patient (avis d'experts).
- un algorithme morphologique de détection / classification des arythmies et plusieurs zones programmables. Cet algorithme utilise la morphologie du QRS pour classer les arythmies. Cette discrimination des tachycardies supra-ventriculaires et ventriculaires permettrait de réduire le nombre de chocs inappropriés.  
Toutefois si la sensibilité de détection des tachycardies ventriculaires ne semble pas altérée par ce nouveau critère. L'intérêt de cette évolution n'a pas été démontré cliniquement.

La bonne classification des arythmies est un élément fondamental, en terme de sécurité pour ne pas méconnaître un trouble du rythme ventriculaire, et en terme clinique pour éviter les chocs inappropriés qui représentent la complication la plus fréquente des défibrillateurs, et dont les conséquences sont des douleurs, des problèmes psychologiques, une diminution de l'activité physique, des réhospitalisations, et des effets pro-arythmiques potentiels.

- un algorithme spécifique de prévention de la fibrillation atriale par «overdrive atrial». Si la fibrillation atriale est une arythmie fréquemment observée, le bénéfice clinique de cet algorithme n'a été évalué que dans un stimulateur, et doit être confirmé chez des patients porteurs d'un défibrillateur.
- l'induction d'une fibrillation ventriculaire par courant continu. En effet, lors de l'implantation, l'efficacité du défibrillateur doit être vérifiée. Pour cela, le seul moyen est d'induire une fibrillation ventriculaire. Le défibrillateur ATLAS DR induit cette fibrillation par courant continu. Une étude comparative sur 28 patients montre que cette technique a un taux d'échecs à la première tentative inférieur à celui observé avec l'induction par choc sur l'onde T (7,1 % versus 60,7 %). Ce mode d'induction serait donc plus efficace. Par ailleurs, la durée de la fibrillation induite est comparable à celle observée avec le mode choc sur l'onde T ( $212 \pm 34$  ms versus  $216 \pm 35$  ms).  
L'induction par courant continu permettrait ainsi de réduire la durée de l'intervention (pas de répétition en cas d'échec de l'induction) et donc une meilleure tolérance par le patient.

Par ailleurs, le défibrillateur ATLAS DR dispose d'un temps de charge réduit associé à une plus haute énergie de défibrillation stockée (42 joules) que son prédécesseur PHOTON  $\mu$  DR (32 joules). Ces améliorations permettent de traiter par voie endocavitaire les patients susceptibles de présenter un seuil de défibrillation élevé et évite le recours à la voie transthoracique (avis d'expert).

ATLAS DR est compatible avec les différentes sondes actuellement disponibles sur le marché.

***Au total, dans les indications retenues, la Commission d'Evaluation des Produits et Prestations s'est prononcée pour une amélioration du service rendu modérée (ASR III) en***

***faveur du défibrillateur ATLAS DR par rapport aux spécifications techniques minimales requises pour les défibrillateurs double chambre.***

## **V – Conditions du renouvellement**

Le renouvellement sera subordonné à la présentation d'études confirmant la portée clinique des caractéristiques techniques de ATLAS DR ainsi que des données actualisées du suivi des dispositifs implantés confirmant le rapport performances/risques favorable.

## **VI – Population cible**

D'après le rapport de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (janvier 2001), environ 1 000 implantations de défibrillateurs ont été réalisées en 2000 en France.

En 2000, un rapport du National Institute for Clinical Excellence recommande l'implantation annuelle de 50 défibrillateurs par million d'habitants au Royaume-Uni.

Si on applique ce taux à la population française, la population cible est alors estimée à environ 3 000 implantations de défibrillateurs par an.

Les proportions de défibrillateurs simple et double chambre sont actuellement de 60 % et 40 % environ en 2001 (dossier fabricant). En se référant à l'étude de Higgins<sup>15</sup>, elles devraient évoluer pour atteindre respectivement 45 % et 55 % en 2004, soit 1 350 implantations de défibrillateurs simple chambre et 1 650 double chambre.

Cette évolution probable est confirmée par les experts, en dehors de toute extension d'indications.

---

<sup>15</sup> Higgins S.L. et al, PACE 2000 ; 23 : 18-25

| RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION D'EVALUATION<br>DES PRODUITS ET PRESTATIONS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOM :                                                                        | <b>ATLAS DR V-240</b> , défibrillateur cardiaque ventriculaire double chambre, à fréquence asservie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SR :                                                                         | <b>Suffisant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eléments conditionnant le SR                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spécifications techniques :                                                  | <p>Pour être pris en charge les défibrillateurs cardiaques implantables double chambre doivent vérifier les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconnaissance du trouble du rythme ventriculaire</li> <li>- Stimulation anti-tachycardique ventriculaire</li> <li>- Défibrillation ventriculaire</li> <li>- Caractéristiques générales : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicateur de fin de vie</li> <li>- Amplitude ventriculaire programmable</li> </ul> </li> <li>- Détection classification des arythmies : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilité ventriculaire programmable</li> <li>- Confirmation</li> <li>- Redétection</li> </ul> </li> <li>- Traitement des arythmies ventriculaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chocs de cardioversion programmable</li> <li>- Chocs de défibrillation programmable</li> <li>- Stimulation antitachycardique (ATP) programmable</li> <li>- Stimulation post-thérapie programmable à pleine énergie</li> </ul> </li> <li>- Fonctions mémoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 événements (intervalles RR)</li> <li>- 1 minute d'électrogrammes endocavitaires (EGMS)</li> </ul> </li> <li>- Programmation et suivi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmeur</li> <li>- Impédance</li> </ul> </li> <li>- Longévité 4 ans (1 choc pleine énergie / trimestre, stimulation 3,5 V à 0,5 ms, 500 <math>\Omega</math> et 100% stimulation).</li> <li>- Amplitude ventriculaire programmable</li> <li>- Amplitude auriculaire programmable</li> <li>- Sensibilité auriculaire programmable</li> <li>- Système de gestion des arythmies atriales</li> </ul>                                                  |
| Indications :                                                                | <p>Les défibrillateurs cardiaques implantables sont indiqués dans la <b>prévention de la mortalité cardiaque par trouble du rythme ventriculaire</b> dans les indications reconnues par la Société Française de Cardiologie, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antécédents d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire sans cause aiguë ou réversible</li> <li>- Tachycardie ventriculaire non soutenue avec séquelle d'infarctus et fraction d'éjection ventriculaire gauche <math>\geq 35\%</math> et tachycardie ventriculaire déclenchable sous traitement médical</li> <li>- Tachycardie ventriculaire soutenue spontanée symptomatique sur cardiopathie avec altération de la fonction contractile</li> <li>- Maladie génétique à haut risque de mort subite par fibrillation ventriculaire sans aucun traitement efficace connu</li> <li>- Syncope(s) de cause inconnue avec tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire déclenchable</li> <li>- Tachycardie ventriculaire soutenue mal tolérée chez un patient en attente de transplantation cardiaque.</li> </ul> <p>Les indications différenciées des défibrillateurs ventriculaires double chambre sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) si le patient présente une indication conventionnelle de stimulation cardiaque définitive atriale ou double chambre <ul style="list-style-type: none"> <li>- trouble de conduction auriculo-ventriculaire</li> <li>- ou dysfonction sinusale spontanée ou induite par le traitement médical associé</li> </ul> </li> <li>2) si la détection appropriée du trouble du rythme traité par le défibrillateur nécessite une détection double chambre.</li> </ol> |

| Eléments conditionnant le SR (suite)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de prescription et d'utilisation : | <p>L'utilisation des défibrillateurs cardiaques implantables, par la complexité de leurs indications, comme dans leurs procédures d'implantation et de suivi, nécessite une connaissance cardiologique et rythmologique approfondie et la maîtrise de l'ensemble des thérapeutiques que peut justifier chaque cas d'arythmie ventriculaire maligne. L'objectif de ces recommandations est de définir cette compétence et les conditions d'exercice des centres d'activité. Ces recommandations sont conformes à celles de la Société Française de Cardiologie (SFC) actualisées.</p> <p>1) <u>Formation du médecin implanteur de défibrillateurs cardiaques :</u><br/> Cette formation doit associer :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Docteur en Médecine, spécialiste qualifié en Cardiologie.</li> <li>- Compétence reconnue en électrophysiologie diagnostique et interventionnelle, et en stimulation cardiaque (l'obtention des diplômes inter-universitaires de rythmologie et de stimulation cardiaque est recommandée, à défaut équivalence à ces diplômes reconnue par l'université).</li> <li>- Formation spécifique à l'usage des défibrillateurs cardiaques implantables selon les recommandations de la SFC (expérience de 2 ans d'implantations de stimulateurs cardiaques en tant que premier opérateur, puis participation à 30 interventions sur défibrillateurs cardiaques implantables comme opérateur dans un centre formateur).</li> </ul> </p> <p>2) <u>Pose de l'indication d'implanter un défibrillateur cardiaque :</u><br/> L'indication d'implantation doit être posée par 2 cardiologues, dont l'un au moins a une formation et une expérience telles que décrites au § 1. Ce dernier doit en outre entretenir cette compétence en exerçant dans un centre tel que défini aux § 3 à 7.</p> <p>3) <u>Personnel médical et paramédical :</u><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'équipe est dirigée par un cardiologue ayant satisfait aux critères de formation (cf § 1), et comporte plusieurs médecins satisfaisant aux mêmes critères.</li> <li>- Le personnel habituel de la salle d'implantation (cf § 4) et un(e) infirmier(ère) diplômé(e) d'Etat ayant reçu une formation spécifique d'un mois au minimum dans un centre formateur, obligatoirement présente en cours d'intervention.</li> </ul> </p> <p>4) <u>Environnement technologique classique :</u><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salle d'implantation : salle d'opération ou salle d'électrophysiologie disposant des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire.</li> <li>- Equipement radiologique : au minimum un amplificateur de brillance disposant d'un champ compris entre 18 et 23 cm et une table avec plateau mobile.</li> <li>- Enregistreur multipiste possédant les spécifications suivantes, ou une technologie plus évoluée : <ul style="list-style-type: none"> <li>o 6 voies dont 3 sont réservées à l'enregistrement de l'ECG de surface, les 3 autres étant munies de filtres passe-haut et passe-bas adaptés.</li> <li>o Une vitesse de déroulement atteignant au moins 100 mm/s avec marqueur de temps.</li> <li>o Une connexion à un écran de visualisation multitraces</li> <li>o Une liaison à un système de stockage des données.</li> </ul> </li> <li>- Système de mesure du seuil de stimulation per-opératoire, en tension et en durée, avec durée d'impulsion réglable.</li> <li>- Générateur de courant 50 Hz permettant l'induction des fibrillations ventriculaires, éventuellement intégré au programmeur.</li> <li>- Système d'analyse des stimulateurs comportant un période-mètre sensible à la milliseconde et un fréquence-mètre d'une sensibilité minimale de 0,1 coup/min, adapté à l'analyse des appareils double chambre.</li> <li>- Défibrillateur automatique externe muni de palettes (électrodes) adhésives, systématiquement à disposition lors de chaque implantation.</li> <li>- Programmeurs adaptés aux appareils à implanter et à surveiller dans le centre</li> <li>- Matériel de réanimation permettant de faire face à toutes les complications pouvant survenir : défibrillateur dont le bon fonctionnement est vérifié avant chaque intervention, stimulateur externe, fluides (oxygène, aspiration), console de réanimation, matériel d'intubation et de ventilation.</li> </ul> </p> <p>5) <u>Complémentarités dans l'établissement :</u><br/> Le centre d'implantation doit être situé au sein d'une structure cardiologique comportant :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laboratoire d'électrophysiologie diagnostique et interventionnelle.</li> <li>- Centre de stimulation cardiaque.</li> <li>- Unité de soins intensifs cardiologiques ou à défaut une unité de réanimation proche de la salle d'implantation. Un cardiologue ou un réanimateur doit être présent dans cette unité 24h/24.</li> <li>- Unité d'hémodynamique et de cardiologie interventionnelle : la présence de cette structure dans l'établissement est souhaitable. A défaut, une convention doit être passée avec un établissement voisin.</li> <li>- Recours à la chirurgie et à l'anesthésie : l'implantation ou le remplacement de boîtiers peut nécessiter une collaboration médico-chirurgicale et anesthésique dont les conditions doivent être précisées par une convention écrite entre les équipes.</li> </ul> </p> <p>6) <u>Activité du centre :</u><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre minimal d'implantations (primo-implantations et remplacements de boîtier confondus) par an : <ul style="list-style-type: none"> <li>o 50 implantations de défibrillateurs pour le centre (et 25 par opérateur dans 1 centre). Pour un nouveau centre, il doit atteindre cet objectif dans les 3 ans suivant le début de l'activité</li> <li>o 100 implantations de stimulateurs pour le centre (et 30 par opérateur dans 1 centre).</li> </ul> </li> <li>- 100 procédures d'électrophysiologie diagnostique.</li> <li>- 50 procédures d'ablation endocavitaire (hors ablation de jonction auriculo-ventriculaire).</li> <li>- Un centre doit être à même d'implanter et de suivre tous les types de stimulateurs et défibrillateurs actuellement disponibles, conformément aux indications établies pour chaque type d'appareil.</li> <li>- Une astreinte de rythmologie doit être organisée 24h/24.</li> </ul> </p> <p>7) <u>Evaluation de l'activité :</u><br/> Le centre doit s'engager à participer aux actions d'évaluation, notamment :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le centre d'implantation de défibrillateurs doit disposer d'un fichier patients permettant la conservation des données relatives à l'indication de l'appareillage (avec les éléments cliniques et para-cliniques qui ont permis de l'établir), au matériel implanté et à la programmation initiale. Ce fichier doit être accessible 24h/24.</li> <li>- Une carte européenne doit être systématiquement remplie à chaque implantation</li> <li>- Le centre doit participer au protocole commun d'étude de suivi des défibrillateurs cardiaques implantables.</li> </ul> </p> <p><b><u>Le défibrillateur ATLAS DR doit être implanté par un praticien ayant bénéficié d'une formation à la technique, dans des centres satisfaisant à l'ensemble des critères sus décrits, sous réserve qu'une liste de ces derniers soit définie a priori. Une assistance technique doit être assurée par le fabricant, notamment lors des premières implantations.</u></b></p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASR :                          | <b>I (majeure)</b> des défibrillateurs cardiaques implantables par rapport aux alternatives thérapeutiques.<br><b>III (modérée)</b> de ATLAS DR par rapport aux spécifications techniques minimales exigées.                                                      |
| Type d'inscription :           | <b>Nom de marque</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durée d'inscription :          | <b>5 ans</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conditions du renouvellement : | Le renouvellement sera subordonné à la présentation d'études confirmant la portée clinique des caractéristiques techniques de ATLAS DR ainsi que des données actualisées du suivi des dispositifs implantés confirmant le rapport performances/risques favorable. |
| Population cible :             | 3 000 implantations de défibrillateurs par an dont 1 650 dispositifs double chambre, probables en 2004.                                                                                                                                                           |