



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

**COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION
DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTE**

AVIS DE LA CNEDiMTS

2 mai 2017

CONCLUSIONS

Produit : CLASSIC VISCO, coussin en mousse viscoélastique type à mémoire de forme

La Société Invacare Poirier SAS informe la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de santé (CNEDiMTS) d’une erreur de dimension d’une référence CLASSIC VISCO répercutée dans l’avis du 6 décembre 2016.

Ainsi, dans l’avis du 6 décembre 2016 sur CLASSIC VISCO, la dimension 45,5 x 43 x 7,5 cm de la référence 1627256 est remplacée par 45,5 x 40,0 x 7,5 cm.

Dont acte.

Avis 1 définitif