

**COMMISSION NATIONALE D’EVALUATION
DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTE**

AVIS DE LA CNEDiMTS

3 avril 2018

Modifiant l’avis du 19 décembre 2017

Faisant suite à l’examen du 03/04/2018, la CNEDiMTS a adopté le projet d’avis le 03/04/2018

CONCLUSIONS

MOBILITY (sans ciment),

cotyles à double mobilité constitués d’une cupule non cimentée et d’un insert en polyéthylène conventionnel

Demandeur : XNOV (France)

Fabricant : XNOV MEDICAL TECHNOLOGY SA (Suisse)

Motif de la demande : Modification de description

En page 6 de l’avis, dans la partie 3.2 concernant la description des inserts PE MOBILITY, la phrase « *Les inserts ont un diamètre intérieur de 22,2 pour les petites tailles et de 28 pour les tailles supérieures à Ø50.* » est remplacée par « Les inserts ont un diamètre intérieur de 22,2 pour les petites tailles et de 28 pour les cupules de tailles supérieures ou égales à Ø50 ».

Avis 1 définitif