

**COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ**

AVIS DE LA CNEDiMTS
19 janvier 2021

Faisant suite à l'examen du 19/01/2021, la CNEDiMTS a adopté l'avis le 19/01/2021.

Radiation de la liste des produits et prestations :

La Société OTTO BOCK France informe la Commission qu'elle ne commercialise plus les 8 références suivantes parmi les composants de la prothèse externe myoélectrique pour membre supérieur SYSTÈME MYOBOCK détaillées dans le tableau ci-dessous et demande par conséquent leur radiation de la liste des produits et prestations remboursables. Ces références sont inscrites sous nom de marque.

Code LPPR à radier	Intitulé	Motif radiation
2786269	PSMA7. Insert de réglage des seuils Otto Bock 13E196 pour processeur II à 4 canaux pour adulte.	Arrêt de commercialisation de la référence 13E196
2720448	PSMA17. Montage endosquelettique Otto Bock 8R1 pour appareillage d'avant-bras très court, uniquement en combinaison avec une main transcarpienne et un système de pronosupination pour adulte.	Arrêt de commercialisation en France. La référence 8R1 n'est plus utilisée depuis plusieurs années. Les prothèses myoélectriques sont généralement réalisées avec un montage exosquelettique.
2713891	PSMA9. Main électrique Otto Bock 8E44=7 Transcarpienne Digital Twin pour signaux faibles pour adulte.	Arrêt de commercialisation des 3 mains Digital Twin à vitesse constante, remplacées par les mains à vitesse proportionnelle déjà inscrites
2786737	PSMA13. Main électrique Otto Bock 8E39=7R/L7 Digital Twin désarticulation du poignet taille 7 pour petite main adulte et adolescent avec signaux faibles.	
2772971	PSMA11. Main électrique Otto Bock 8E38=7R/L7 Digital Twin avec prise coaxiale taille 7 pour petite main adulte et adolescent avec signaux faibles.	

2794642	PSMA20. Coude Otto Bock 12K33 à verrou mécanique par tirette à traction pour adulte.	Arrêt de commercialisation
2748263	PSME6. Câble de raccordement accumulateur avec clip extérieur Otto Bock 13E170 pour enfant.	Arrêt de commercialisation. Le câble n'est plus nécessaire avec les batteries internes qui ont remplacé les batteries externes dans les prothèses MYOBOCK pour enfant PSME1 et PSME2 (codes LPPR 2785301 et 2778360)
2740534	PSME5. Main Otto Bock 8E51 pour enfant taille 5 avec son boîtier de commande 9E369 LS 4in1.	Arrêt de commercialisation. Les boîtiers de commande 9E369 LS 4in1 et 9E370 LS 4in1 ayant été remplacés par le boîtier 9E420 LS 7in1 gérant toutes les tailles de main enfant 8E51 : 5, 5 ½, 6 et 6 ½.

En outre, la Société OTTO BOCK France informe la Commission que le code LPPR suivant n'est plus utilisé :

Code LPPR à radier	Intitulé	Motif radiation
2779810	PSMA5. Pronosupination Otto Bock 10S17 commandée par interrupteurs pour adulte	La référence 10S17 (moteur de pronosupination) n'est plus utilisée avec interrupteur. Elle est néanmoins toujours utilisée sous le code LPPR 2737503 du système MYOBOCK pour un autre mode de commande.

La Commission prend acte de l'arrêt de commercialisation de ces 8 références et de la non-utilisation du code LPPR 2779810. Le besoin étant couvert par ailleurs par les autres références proposées par la société OTTO BOCK pour une inscription sur la LPPR, elle émet en conséquence un avis favorable à la radiation de la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

Avis 1 définitif