

AVIS SUR LES
DISPOSITIFS
MEDICAUX

GORE VIATORR TIPS

Endoprothèse pour le traitement des
complications d'hypertension portale

Avis de radiation

Adopté par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs
médicaux et des technologies de santé le 14 décembre 2021

Faisant suite à l'examen du 14 décembre 2021, la CNEDiMTS a adopté l'avis le 14 décembre 2021

Radiation de la liste des produits et prestations :

La Société W.L. GORE & Associés informe la Commission qu'elle ne commercialise plus certaines références de GORE VIATORR TIPS détaillées dans le tableau ci-dessous et demande par conséquent leur radiation de la liste des produits et prestations remboursables. Ces références sont inscrites sous nom de marque.

Code LPP	Références à radier	Diamètre interne (mm)	Longueur couverte (cm)	Longueur non couverte
3151372	PT084275	8	4	2
	PT085275	8	5	2
	PT086275	8	6	2
	PT087275	8	7	2
	PT088275	8	8	2
	PT104275	10	4	2
	PT105275	10	5	2
	PT106275	10	6	2
	PT107275	10	7	2
	PT108275	10	8	2

La Commission prend acte de cet arrêt de commercialisation. Le besoin étant couvert par les autres références de l'endoprothèse GORE VIATORR TIPS, elle émet en conséquence un avis favorable à la radiation de la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

Avis 1 définitif

GORE VIATORR TIPS, 14 décembre 2021

Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr